

## 湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：胸心外科、甲乳科

项目名称	多参数心电监护仪				
预算单价 (万元)	2.5	数量 (件/套)	3 台	预算总金额 (万元)	7.5
主要功能要求：					
1. 机器使用寿命 10 年或以上					
2. 功能相对稳定、抗摔					
3. 可悬挂、可固定在墙上、移动方便					
4. 体积小便携					
配置清单：					
序号	设备名称	数量	单位		
1	主机	3	台		
2	成人血氧传感器	3	个		
3	锂电池 (2500mAh)	3	个		
4	血压气管延长管	3	条		
5	血压袖套	3	个		
6	心电导联线 (5 导联)	3	条		
7	电源线	3	条		
8	接地线	3	条		
9	用户文件包 (含说明书, 速查卡, 合格证, 保修卡, 用户验收单, 装箱单, 三证文件各 1)	3	套		

(备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，

可能存在其他不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。)



## 湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室： ICU

项目名称	双通道注射泵																						
预算单价 (万元)	1	数量 (件/套)	6	预算总金额 (万元)	6																		
<p><b>主要功能要求：</b></p> <p>1、安全要求：安全防护可靠，防护类型 CFI 类、IPX4 防护等级。</p> <p>2、具备速度、时间表、剂量、药物、序列等 5 种注射模式。</p> <p>3、报警类型：气泡报警、管道堵塞报警、电池欠压报警、输液完毕报警、开门报警、滴速传感器脱落报警、外接电源掉电报警、故障报警和等待操作报警。</p>																							
<p><b>配置清单：</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">编码</th> <th style="width: 60%;">产品名称</th> <th style="width: 30%;">数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>双通道注射主机</td> <td style="text-align: center;">1 台</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>电源线</td> <td style="text-align: center;">1 根</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>泵固定夹</td> <td style="text-align: center;">1 个</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>操作说明书</td> <td style="text-align: center;">1 本</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>输液架</td> <td style="text-align: center;">1 台</td> </tr> </tbody> </table>						编码	产品名称	数量	1	双通道注射主机	1 台	2	电源线	1 根	3	泵固定夹	1 个	4	操作说明书	1 本	5	输液架	1 台
编码	产品名称	数量																					
1	双通道注射主机	1 台																					
2	电源线	1 根																					
3	泵固定夹	1 个																					
4	操作说明书	1 本																					
5	输液架	1 台																					

（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）

