

湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：妇科

项目名称	阴道镜																																								
预算单价 (万元)	6	数量 (件/套)	1 台	预算总金额 (万元)	6																																				
<p>主要功能要求：</p> <p>图像采集：采用全高清 1920*1080p 影像输出，光学连续变焦、自动聚焦和高分辨率成像，保证清晰图像和色彩真实准确，具有快速自动聚焦和连续变焦功能，满足检查过程中从整体到细节的连续动态</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 支持观察图像的实时显示、采集、冻结、存储和打印功能； 2 支持多种检查结果的图文报告打印，提供图文报告打印样本； 3 支持脚踏开关控制、鼠标控制图像采集； 4 支持病人资料的 RCI 评分、SWEDE 评分、统计分析结果打出功能； 5 支持病人图片对比分析、标注、测量、图像处理； 																																									
<p>配置清单：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 40%;">设备名称</th> <th style="width: 15%;">数量</th> <th style="width: 30%;">单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">镜头</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">只</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">镜头导联线</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">条</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">计算机</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">推车</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">支架</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">套</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">脚踏开关</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">个</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">打印机</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">电源线</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">条</td> </tr> </tbody> </table>							设备名称	数量	单位		镜头	1	只		镜头导联线	1	条		计算机	1	台		推车	1	台		支架	1	套		脚踏开关	1	个		打印机	1	台		电源线	1	条
	设备名称	数量	单位																																						
	镜头	1	只																																						
	镜头导联线	1	条																																						
	计算机	1	台																																						
	推车	1	台																																						
	支架	1	套																																						
	脚踏开关	1	个																																						
	打印机	1	台																																						
	电源线	1	条																																						



湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室： 泌尿外科

项目名称	病人监护仪																																
预算单价 (万元)	2	数量 (件/套)	3 套	预算总金额 (万元)	6																												
主要功能要求： <ol style="list-style-type: none"> 1. ≥ 10 英寸彩色 LED 背光液晶屏，屏幕分辨率 800*600； 2. 标配锂电池工作时间≥ 4 小时，可选大容量锂电池工作时间≥ 8 小时； 3. 安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP 监测参数抗电击程度为防除颤 CF 型； 4. 主机使用寿命≥ 10 年 5. 标配心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温等参数。 6. 标配 3/5 导心电； 7. 具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能；主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。 8. 心电模式具有诊断、手术、监护、ST 模式，其中手术、监护、ST 模式共模抑制能力$>106\text{db}$ 9. 支持≥ 28 种心律失常分析。 10. 具有心率变异性分析功能，可测量 RR 间期的均值、全部窦性心博 RR 间期的标准差、全部相邻 RR 间期长度之差的均方根等，反映心脏自主神经系统情况 																																	
每台设备配置清单： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">序号</th> <th style="width: 45%;">设备名称</th> <th style="width: 15%;">数 量</th> <th style="width: 30%;">单 位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>主机</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">台</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>成人电极片</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">包</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>心电导联线</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">套</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>血压导管</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">根</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>血压袖套</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">个</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>血氧探头</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">个</td> </tr> </tbody> </table>						序号	设备名称	数 量	单 位	1	主机	1	台	2	成人电极片	1	包	3	心电导联线	1	套	4	血压导管	1	根	5	血压袖套	1	个	6	血氧探头	1	个
序号	设备名称	数 量	单 位																														
1	主机	1	台																														
2	成人电极片	1	包																														
3	心电导联线	1	套																														
4	血压导管	1	根																														
5	血压袖套	1	个																														
6	血氧探头	1	个																														

(备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。)

